

2024 年度食品衛生外部精度管理調査 結果速報

微生物学調査 黄色ブドウ球菌検査 (調査番号 24ST)

調査試料の形態 : マッシュポテト

見立て食材 : 加熱食肉製品 (加熱後包装)

	添加菌	判定結果
試料 No. 1	<i>Staphylococcus epidermidis</i> HIC230405	陰性
試料 No. 2	<i>Staphylococcus aureus</i> HIC230408	陽性

定量スキームの結果

回収機関数	有効機関数	付与値 (平均値) (log/g)	標準偏差 (log/g)	相対標準偏差 (%)
183	182	4.11	0.19	4.6

常用対数に変換した報告値を用いた従来方式による解析結果

(2024 年 12 月 13 日現在)

※今年度より公表値の桁数を変更いたしました。

また、調査結果報告書へ記載するz スコアは、小数第 1 位までといたします。

技能試験提供者



一般財団法人食品薬品安全センター 秦野研究所
神奈川県秦野市落合 729 番地の 5