

2025 年度食品衛生外部精度管理調査 結果速報

微生物学調査 一般細菌数測定検査（調査番号 25MC）

調査試料の形態： 白飯

見立て食材： 加熱後摂取冷凍食品（凍結直前加熱）

回収機関数	有効機関数	付与値（平均値） （/g）	標準偏差 （/g）	相対標準偏差 （%）
380	375	136580	45939	34
$\bar{X}$ 下部管理限界線 （/g）	$\bar{X}$ 上部管理限界線 （/g）	R 管理限界線 （/g）		
40974	409740	43639		

従来方式による解析結果

（2025 年 8 月 29 日現在）

対数による解析結果は調査結果報告書に記載予定

技能試験提供者



一般財団法人食品薬品安全センター 秦野研究所

〒257-8523 神奈川県秦野市落合 729 番地の 5 TEL 0463-82-4755