

# 2025年度食品衛生外部精度管理調査 結果速報

## 動物を用いる調査 麻痺性貝毒検査（調査番号 25PS）

調査試料の形態：ホタテガイペースト

### 毒力

回収機関数	有効機関数	付与値（平均値） (MU/g)	標準偏差 (MU/g)	相対標準偏差 (%)
27	27	3.37	0.40	12

### 標準化毒力（参考情報）

回収機関数	有効機関数	付与値（平均値） (FDA-STX μg/g)	標準偏差 (FDA-STX μg/g)	相対標準偏差 (%)
27	26*	0.598	0.075	12

従来方式による解析結果

(2025年12月8日現在)

ロバスト方式による解析結果は調査結果報告書に記載予定

\*：標準化試験不成立のため1機関除外

### 技能試験提供者



一般財団法人食品薬品安全センター 秦野研究所  
〒257-8523 神奈川県秦野市落合 729 番地の 5 TEL 0463-82-4755