

2025年度食品衛生外部精度管理調査 結果速報

微生物学調査 黄色ブドウ球菌検査（調査番号 25ST）

調査試料の形態：マッシュポテト

見立て食材：加熱食肉製品（加熱後包装）

添加菌	判定結果
試料 No. 1 <i>Staphylococcus aureus</i> HIC230408	陽性
試料 No. 2 <i>Staphylococcus epidermidis</i> HIC230405	陰性

定量スキームの結果

回収機関数	有効機関数	付与値（平均値） (log/g)	標準偏差 (log/g)	相対標準偏差 (%)
183	183	4.29	0.19	4.5

常用対数に変換した報告値を用いた従来方式による解析結果 (2025年12月8日現在)

技能試験提供者



一般財団法人食品薬品安全センター 秦野研究所
〒257-8523 神奈川県秦野市落合 729 番地の 5 TEL 0463-82-4755