

2026 年度食品衛生外部精度管理調査 結果速報

理化学調査 残留農薬検査 I (調査番号 26PR1)

調査試料の形態 : かぼちゃペースト

対象物質 : クロルピリホス、マラチオン

クロルピリホス

回収機関数	有効機関数	付与値 (平均値) ($\mu\text{g/g}$)	標準偏差 ($\mu\text{g/g}$)	相対標準偏差 (%)
100	100	0.0359	0.0047	13
添加濃度 ($\mu\text{g/g}$)	$\bar{X}$ 下部管理限界線 ($\mu\text{g/g}$)	$\bar{X}$ 上部管理限界線 ($\mu\text{g/g}$)	R 管理限界線 ($\mu\text{g/g}$)	
0.040	0.02800	0.04800	0.0060	

マラチオン

回収機関数	有効機関数	付与値 (平均値) ($\mu\text{g/g}$)	標準偏差 ($\mu\text{g/g}$)	相対標準偏差 (%)
94	94	0.177	0.027	15
添加濃度 ($\mu\text{g/g}$)	$\bar{X}$ 下部管理限界線 ($\mu\text{g/g}$)	$\bar{X}$ 上部管理限界線 ($\mu\text{g/g}$)	R 管理限界線 ($\mu\text{g/g}$)	
0.20	0.1400	0.2400	0.027	

従来方式による解析結果

(2026 年 8 月 21 日現在)

ロバスト方式による解析結果は調査結果報告書に記載予定

技能試験提供者



一般財団法人食品薬品安全センター 秦野研究所

〒267-8523 神奈川県秦野市落合 729 番地の 5 TEL 0463-82-4755